

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Грудень 2025

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Харсорія Хелскеар Пвт. Лтд. (Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.)
110-111, Фейз- IV, Удьюг Віхар, Гургаон, Харьяна-122 015, Індія (110-111, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana-122 015, India)

Продукція: **Заглушка Луер торгової марки IGAR (стерильна),**
запечатана в блістерне упакування, зберігати в прохолодному та сухому місці.

Деталі зразків:

№	Найменування продукту	Партія №	Дата виготовлення	Термін придатності	Кількість перевірених зразків
1	Заглушка Луер торгової марки IGAR (стерильна)	B25708	2025.11	2030.10	59 шт.

Кількість: 62 500 штук

Результати випробування:

Опис: Заглушка Луер
Бактеріальний ендотоксин: менш ніж 20 ЕО/виріб
Фізико-хімічне випробування: відповідає USP-40
*Фізичне випробування: відповідає EN ISO 10555-1 та 5, ISO80369-7
*Фізичне випробування виконується згідно з нашою стандартною розробкою вимірів.

1. Цим підтверджується, що вказані вище партії стерильні, апірогенні.
2. Всі перевірені зразки було взято з тільки що виготовленої продукції.
3. На думку того, хто підписався нижче, вказані вище зразки стандартної якості.

Декларація №32-03/2019-IGAR від "04" липня 2025 року (редакція 5) року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.