

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Березень 2026

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Блю Сейл Медікал Ко., Лтд. (Blue Sail Medical Co., Ltd.),  
№21 Кшінгтіан Роуд, Кілу Кемікал Індастріал Парк, Зібо, Шандунь 255414 Китай (No.21 Qingtian Road, Qilu  
Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414 China)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: **X S M L**

Партія №: 202602

Пакування: Групова упаковка 200 шт (**100 пар**). Транспортний короб 2000 шт (**1000 пар**).

Кількість: 5 460 000 шт

Дата виготовлення: 2026.01

Термін придатності: 2031.01

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Березень 2026

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Блю Сейл Медікал Ко., Лтд. (Blue Sail Medical Co., Ltd.),  
№21 Кшінгтіан Роуд, Кілу Кемікал Індастріал Парк, Зібо, Шандунь 255414 Китай (No.21 Qingtian Road, Qilu  
Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414 China)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

Розмір: **X S M L**

Партія №: 202602

Пакування: Групова упаковка 200 шт (**100 пар**). Транспортний короб 2000 шт (**1000 пар**).

Кількість: 5 460 000 шт

Дата виготовлення: 2026.01

Термін придатності: 2031.01

Об'єкт випробування:	Вимоги				Результати
	X S	S	M	L	
Вага, гр	2.8± 0.3	3.0± 0.3	3.5± 0.3	4.0± 0.3	Відповідає
Довжина, мм	Не менше ніж 240 мм				Відповідає
Ширина, мм	70 +/- 10	80 +/- 10	95 +/- 10	110 +/- 10	Відповідає
Колір	Синій	Синій	Синій	Синій	Відповідає
Товщина стінки, мм					
Палець	Не менше ніж 0.07 мм				Відповідає
Долоня	Не менше ніж 0.06 мм				Відповідає
Манжета	Не менше ніж 0.05 мм				Відповідає
Максимальне розтягування:	До старіння: ≥500%		Після старіння: ≥ 400%		Відповідає
Міцність при розтягуванні в МПа	До старіння: ≥ 15		Після старіння: ≥ 14		Відповідає
Тест на водонепроникність	AQL 1.5				Відповідає

Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.	Відповідає
-----------	---	------------

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою згідно з ДСТУ EN 420.

Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.