

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лютий 2026

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору**

Розмір: **S M L**

Партія №: 25018825

Пакування: Групова упаковка 100 шт (**50 пар**). Транспортний короб 1000 шт (**500 пар**).

Кількість: 765 000 пар

Дата виготовлення: 2025.12

Термін придатності: 2030.11

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Лютий 2026

### Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору**

Розмір: **S M L**

Партія №: 25018825

Пакування: Групова упаковка 100 шт (**50 пар**). Транспортний короб 1000 шт (**500 пар**).

Кількість: 765 000 пар

Дата виготовлення: 2025.12

Термін придатності: 2030.11

Розмір	S	M	L	Результати
Вага, г	3.0-3.09	3.35-3.49 г	3.75-3.81 г	Відповідає
	<b>3.0±0.3 г</b>	<b>3.5±0.3 г</b>	<b>3.8 ± 0.3 г</b>	
Довжина, мм – середнє значення 240 мм	241-245	242-245	242-246	Відповідає
Ширина долоні в мм: розмір в партії/ специфікація ±10 мм	85-86 <b>80</b>	96 <b>95</b>	105-106 <b>110</b>	Відповідає
Товщина манжет, розмір в партії/ специфікація в мм 0.07 ± 0.03	0.047-0.051	0.044-0.051	0.046-0.052	Відповідає
Товщина стінки долоні, розмір в партії/ специфікація в мм	0.055-0.062	0.060-0.067	0.058-0.062	Відповідає

0.08 ± 0.03				
Товщина стінки пальця, розмір в партії/ специфікація в мм 0.10 ± 0.03	0.096-0.107	0.097-0.112	0.089-0.112	Відповідає
Сила на розрив ≥6 N	6.1-6.2	6.1-6.4	6.1-6.5	Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.			Відповідає

Групова упаковка 100 шт (50 пар).

Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.