



**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**  
**№8-09/2016-IGAR від "10" березня 2026 року**  
**(редакція 12)**

**Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР", код ЄДРПОУ 19243202,**  
в особі директора Бикова Владислава Георгійовича, підтверджує, що медичний виріб

**Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR**

Клас безпеки: IIb

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва Шандонг Хаїдіке Медікал Продактс Ко., Лтд.,  
(Виробничі потужності) (Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.)  
Тіанфу Роуд, Дунчен Дістрікт, Шан Каунті, 274300 Хезе Сіті, Шандонг Провінс,  
Китай  
(Tianfu Road, Dongcheng District, Shan County, 274300 Heze City, Shandong  
Province, China)

*модифікації медичного виробу наведені в Додатку №1 до даної Декларації про відповідність*

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753,

а також:

ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) "Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання";

ДСТУ EN 556-1:2014 "Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням 'СТЕРИЛЬНІ'. Частина 1. Вимоги до медичних виробів, що підлягають кінцевій стерилізації (EN 556-1:2001, IDT + EN 556-1:2001/AC:2006, IDT)";

ДСТУ EN ISO 14971:2022 (EN ISO 14971:2019, IDT; ISO 14971:2019, IDT) "Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком щодо медичних виробів";

ДСТУ EN ISO 11607-1:2022 (EN ISO 11607-1:2020, IDT; ISO 11607-1:2019, IDT) "Вироби медичні стерилізовані. Пакування. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних бар'єрних і пакувальних систем";

ДСТУ EN ISO 11607-2:2022 (EN ISO 11607-2:2020, IDT; ISO 11607-2:2020, IDT) "Вироби медичні стерилізовані. Пакування. Частина 2. Вимоги до валідації процесів формування, герметизації та складання";

ДСТУ EN ISO 11137-1:2018 (EN ISO 11137-1:2015, IDT; ISO 11137-1:2006; Amd 1:2013, IDT) "Стерилізація виробів медичної призначеності. Радіаційна стерилізація. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів";

ДСТУ EN ISO 11737-1:2022 (EN ISO 11737-1:2018, IDT; ISO 11737-1:2018, IDT) "Стерилізація виробів медичного призначення. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробках";  
ДСТУ EN 1041:2019 (EN 1041:2008, IDT) "Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник";  
ДСТУ EN ISO 15223-1:2022 (EN ISO 15223-1:2021, IDT; ISO 15223-1:2021, IDT) "Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних виробках, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги";  
ДСТУ EN ISO 11137-2:2018 (EN ISO 11137-2:2015, IDT; ISO 11137-2:2013, IDT) "Стерилізація виробів медичної призначеності. Радіаційна стерилізація. Частина 2. Установлення стерилізувальної дози";  
ДСТУ EN ISO 10993-1:2022 (EN ISO 10993-1:2020, IDT; ISO 10993-1:2018, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання і випробування в рамках процесу управління ризиками";  
ДСТУ EN ISO 10993-3:2022 (EN ISO 10993-3:2014, IDT; ISO 10993-3:2014, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 3. Тести на генотоксичність, канцерогенність і репродуктивну токсичність";  
ДСТУ EN ISO 10993-5:2022 (EN ISO 10993-5:2009, IDT; ISO 10993-5:2009, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 5. Тести на цитотоксичність in vitro";  
ДСТУ EN ISO 10993-6:2022 (EN ISO 10993-6:2016, IDT; ISO 10993-6:2016, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 6. Випробування на місцеві ефекти після імплантації";  
ДСТУ EN ISO 10993-7:2022 (EN ISO 10993-7:2008, IDT; ISO 10993-7:2008, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки стерилізації оксидом етилен";  
ДСТУ EN ISO 10993-10:2022 (EN ISO 10993-10:2013, IDT; ISO 10993-10:2010, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 10. Випробування на подразнення та сенсibiliзацію шкіри";  
ДСТУ EN ISO 10993-11:2022 (EN ISO 10993-11:2018, IDT; ISO 10993-11:2017, IDT) "Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 11. Тести на системну токсичність".

Процедура оцінки відповідності відповідає вимогам:

Технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753) – Додаток № 3: забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю (включаючи Перевірку проекту).

Сертифікат відповідності на продукцію № R3M 804 032/1 B4, виданий органом з оцінки відповідності ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТІВ" (UA.TR.137), дійсний до "17" січня 2027 року.

Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ "ІГАР", що відповідає за введення медичного виробу в обіг для застосування в медичній практиці.

Технічна документація для цілей підтвердження відповідності зберігається за адресою:  
вул. М. Брайчевського, 20, м. Київ, Україна, 03057

Декларація чинна до: "17" січня 2027 року.

Директор



В.Г. Биков

ДОДАТОК  
до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №8-09/2016-IGAR від "10" березня 2026 року (редакція 12)  
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва Шандонг Хаїдіке Медікал Продактс Ко., Лтд.,  
(Виробничі потужності) (Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.)  
Тіанфу Роуд, Дунчен Дістрікт, Шан Каунті, 274300 Хезе Сіті, Шандонг Провінс,  
Китай  
(Tianfu Road, Dongcheng District, Shan County, 274300 Heze City, Shandong  
Province, China)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
1.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 11/0 (Metric size 0.1)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 11/0 (Метричний розмір 0.1)
2.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 10/0 (Metric size 0.2)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 10/0 (Метричний розмір 0.2)
3.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 9/0 (Metric size 0.3)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 9/0 (Метричний розмір 0.3)
4.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 8/0 (Metric size 0.4)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 8/0 (Метричний розмір 0.4)
5.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 7/0 (Metric size 0.5)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 7/0 (Метричний розмір 0.5)
6.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 6/0 (Metric size 0.7)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 6/0 (Метричний розмір 0.7)
7.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 5/0 (Metric size 1.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 5/0 (Метричний розмір 1.0)
8.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 4/0 (Metric size 1.5)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 4/0 (Метричний розмір 1.5)
9.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 3/0 (Metric size 2.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 3/0 (Метричний розмір 2.0)
10.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 2/0 (Metric size 3.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 2/0 (Метричний розмір 3.0)



Директор  
М.П.

В.Г. Биков

Сторінка 1 з 2

ДОДАТОК  
до ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №8-09/2016-IGAR від "10" березня 2026 року (редакція 12)

Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR

Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва Шандонг Хаїдіке Медікал Продактс Ко., Лтд.,  
(Виробничі потужності) (Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.)  
Тіанфу Роуд, Дунчен Дістрікт, Шан Каунті, 274300 Хезе Сіті, Шандонг Провінс,  
Китай  
(Tianfu Road, Dongcheng District, Shan County, 274300 Heze City, Shandong  
Province, China)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
11.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 0 (Metric size 3.5)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 0 (Метричний розмір 3.5)
12.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 1 (Metric size 4.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 1 (Метричний розмір 4.0)
13.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 2 (Metric size 5.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 2 (Метричний розмір 5.0)
14.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 3 (Metric size 6.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 3 (Метричний розмір 6.0)
15.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 4 (Metric size 6.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 4 (Метричний розмір 6.0)
16.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 5 (Metric size 7.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 5 (Метричний розмір 7.0)
17.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 6 (Metric size 8.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 6 (Метричний розмір 8.0)
18.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 7 (Metric size 9.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 7 (Метричний розмір 9.0)
19.	Silk natural surgical sterile without needle trade mark IGAR, USP size 8 (Metric size 10.0)	Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 8 (Метричний розмір 10.0)

Директор



*V.G. Bikov*  
В.Г. Биков

Сторінка 2 з 2