

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Березень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,
(Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.) № 1 Бейянь Роад, Хесі Вілладж, Зуку Таун 213144 Чанчжоу Сіті,
провінція Цзянсу, Китайська Народна Республіка (№ 1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou
City, Jiangsu Province, People's Republic of China)

Продукція: **Пластир медичний РіверПласт торгової марки IGAR**

Тип: **Класичний (на бавовняній основі)**

Розмір:

1 x 500 см	2 x 500 см	3 x 500 см	5 x 500 см
------------	------------	------------	------------

Партія №: 202601

Кількість: 59 760 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

Березень 2026

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Пластир медичний РіверПласт торгової марки IGAR**

Тип: **Класичний (на бавовняній основі)**

Розмір:

1 x 500 см	2 x 500 см	3 x 500 см	5 x 500 см
------------	------------	------------	------------

Партія №: 202601

Виготовлено: 2026.01

Термін придатності: 2031.01

Аспект перевірки		Технічні вимоги	Результат перевірки
Зовнішній вигляд		1. Стрічка повинна бути чистою, без залишків пасти, рівно згорнута.	Відповідає
Розмір		1. Відхилення по довжині має бути $\pm 1\%$. 2. Відхилення по ширині має бути в межах ± 1.0 мм.	Відповідає
Захлест		Якщо довжина менша ніж 3 м, на стрічці захлест відсутній. Якщо довжина більша ніж 3 м, захлест не повинен перевищувати один.	Відповідає
Матеріал основи	Склад	Бавовна, дакрон	/
	Вага	Не менш ніж 90 г/м^2	$115 \pm 5 \text{ г/м}^2$
	Довжина на 10 см	Не менш ніж 236	251
	Утокова нитка на 10 см	Не менш ніж 220	221
Клейка речовина	Тип	Цинк оксид термоплавкий клей	/
	Вміст клейкої речовини	Не менш ніж 25 г/м^2	85 г/м^2
	Вміст оксиду цинку	Не менш ніж 3%	5%
Інтенсивність відриву		Не нижче ніж 1.0 Н/см	6.4 Н/см

Тривалість клейкості	Не більше ніж 2.5 мм	0 мм
Упакування	1. Упаковка повинна бути чистою та непошкодженою. Зміст етикетки має бути чітким. 2. Кількість в ящику та коробці повинна бути вірною.	Відповідає

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних пластрів РіверПласт торгової марки IGAR. Система управління якістю компанії Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд., для виробництва медичних пластрів торгової марки «IGAR» відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485.

Декларація № 7-08/2016-IGAR від "19" травня 2025 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.