

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Липень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору**

Розмір: **S M L**

Партія №: 25027155

Пакування: Групова упаковка 200 шт (**100 пар**). Транспортний короб 2 000 шт (**1 000 пар**).

Кількість: 2 730 000 пар

Дата виготовлення: 2026.06

Термін придатності: 2031.05

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Липень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Аньхой Інтко Медікал Продактс Ко., Лтд. (Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.)

№6, Хайтанг Саус Роуд, Суйсі Уху Модерн Індастріал Парк, Суйсі Каунті, Хуайбей Сіті, Аньхой Провінс, Китай 235100 (№ 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100)

Продукція: **Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору**

Розмір: **S M L**

Партія №: 25027155

Пакування: Групова упаковка 200 шт (**100 пар**). Транспортний короб 2 000 шт (**1 000 пар**).

Кількість: 2 730 000 пар

Дата виготовлення: 2026.06

Термін придатності: 2031.05

Розмір	S	M	L	Результати
Вага, г	3.11-3.26	3.4-3.54 г	3.81-3.94 г	Відповідає
	3.0±0.3 г	3.5±0.3 г	3.8 ± 0.3 г	
Довжина, мм – середнє значення 240 мм	241-245	241-247	241-246	Відповідає
Ширина долоні в мм: розмір в партії/ специфікація ±10 мм	85-86 80	96 95	105 110	Відповідає
Товщина манжет, розмір в партії/ специфікація в мм 0.07 ± 0.03	0.052-0.056	0.052-0.055	0.051-0.057	Відповідає
Товщина стінки долоні, розмір	0.057-0.064	0.056-0.061	0.059-0.065	Відповідає

в партії/ специфікація в мм 0.08 ± 0.03				
Товщина стінки пальця, розмір в партії/ специфікація в мм 0.10 ± 0.03	0.089-0.103	0.093-0.106	0.09-0.101	Відповідає
Сила на розрив ≥ 6 N	6.2-6.67	6.08-6.27	6.18-6.84	Відповідає
Пакування	Упаковано в транспортні коробки та в гарному стані.			Відповідає

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2 000 шт (1 000 пар).

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.