

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

02.07.2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед (Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited) 10 Сої 10, Петкасем Роуд, Хат Яй, Сонгкхла 90110 Таїланд
(10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

Звіт		Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR						
Продукт: Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: LXXOGF-G-WHT-OE-NC-NS Контракт №: IGR2026/003	Розмір:	Дата	Серія:		Термін	
		виготовлення:			придатності:	
	XS	202606	2685	0001-0080	2031.06	
	S	202606	2685	0001-0600	2031.06	
	M	202606	2685	0001-2240	2031.06	
L	202606	2685	0001-0960	2031.06		
Розбив за розмірами	Екстра маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра- великий	Всього
	80 000	600 000	2 240 000	960 000		3 880 000
План вибірки згідно з ISO 2859-1	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок	200	500	1 000	500		2 200
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)	2	0	14	6		22
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)	0	0	1	0		1
Відповідність:	так	так	так	так		так
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0	Рівень перевірки: GI, AQL 4.0 Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок	200	315	630	315		1460
Кількість рукавичок з дефектами	0	0	2	1		3
Відповідність:	Так	так	так	так		так
Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578/ EN 455-2 n=13 шт./розмір					
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10 мм	78 70	84 80	94 95	109 111		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	245	240	242	244		
Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08 мм						
	0.11	0.11	0.11	0.11		

- в області долоні, мм, мін. 0.08мм	0.09	0.09	0.09	0.09		
Г) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 (Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18 МПа min	18	20	19	18		
Видовження в %, до старіння 650% min	673	705	682	661		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа min	18	17	19	17		
Видовження в %, після старіння 500% min	652	664	672	610		
Д) Біосумісність	згідно з ASTM D3578					
Вміст пудри (мг/дм ²) , </=10	9	7	7	8		
Вміст білку (мкг/г) , </=200	61	64	49	77		

Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групові упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок лабораторії: **відповідають**

Затверджено /підпис/
(Асистент керівника лабораторії)

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Асистент продукт-менеджера)

Даний документ є перекладом Сертифікату – Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед. Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.