Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua

Business address:
20, METALISTIV Str.,KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Серпень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Чженьцзян Хуаян Латекс Продактс Ко., Лтд. (Zhenjiang Huayang Latex Products Co., Ltd.)
Лянг Вілладж, Ксінба Таун, Янчжун Сіті, провінція Цзянсу, 212212, Китайська Народна Республіка (Lianhe Village, Xinba Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, 212212, P. R. China)
Продукція: **Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні РІВЕРГЛОВЗ торгової марки IGAR**
Розмір:

6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5

Партія №: P20260810
Кількість: 222 400 пар
Дата виготовлення: 2026.08
Термін придатності: 2029.07
Цим підтверджується, що для вказаної вище продукції проводиться перевірка перед відвантаженням та видається Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції.
Рукавички мають анатомічну форму (ліва, права) з валиком на манжеті та гладко текстурованою поверхнею долоні та пальців.
Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Серпень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Чженьцзян Хуаян Латекс Продактс Ко., Лтд. (Zhenjiang Huayang Latex Products Co., Ltd.)
Лянг Вілладж, Ксінба Таун, Янчжун Сіті, провінція Цзянсу, 212212, Китайська Народна Республіка (Lianhe Village, Xinba Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, 212212, P. R. China)
Продукція: **Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні РІВЕРГЛОВЗ торгової марки IGAR**
Розмір:

6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5

Партія №: P20260810
Кількість: 222 400 пар
Дата виготовлення: 2026.08
Термін придатності: 2029.07
Цим підтверджується, що хірургічні рукавички було простерилізовано гамма-випромінюванням. Після стерилізації живих мікроорганізмів немає.
Рукавички стерильні, апірогенні, нетоксичні, одноразового використання.
Результат стерилізації:
Ця партія продукції була простерилізована гама-опроміненням.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Серпень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Чженьцзян Хуаян Латекс Продактс Ко., Лтд. (Zhenjiang Huayang Latex Products Co., Ltd.)
Лянг Вілладж, Ксінба Таун, Янчжун Сіті, провінція Цзянсу, 212212, Китайська Народна Республіка (Lianhe Village, Xinba Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, 212212, P. R. China)
Продукція: **Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні РІВЕРГЛОВЗ торгової марки IGAR**
Партія №: P20260810
Кількість: 222 400 пар
Дата виготовлення: 2026.08
Термін придатності: 2029.07
Цим підтверджується, що згідно зі стандартом ДСТУ EN 455 випадково відібрані зразки вказаної вище продукції були перевірені з результатами, що наведені нижче:

	Розмір	Вимоги	Результати перевірки
Довжина/ширина	6.0	≥260 мм/77±5мм	≥262 мм/76-78мм
	6.5	≥260 мм/83±5мм	≥265 мм/83-85мм
	7.0	≥270 мм/89±5мм	≥274 мм/88-91мм
	7.5	≥270 мм/95±5мм	≥272 мм/95-96мм
	8.0	≥270 мм/102±6мм	≥275 мм/101-104мм
	8.5	≥280 мм/108±6мм	≥282 мм/107 -109мм

Властивості	Вимоги	Результати перевірки
Товщина, мм	≥ 0.10	≥ 0.11
Міцність на розрив до старіння N	≥ 9	≥ 12.8
Максимальне розтягування (%) до старіння	≥750	≥775
Міцність на розрив після старіння N	≥ 9	≥ 11.0
Максимальне розтягування (%) після старіння	≥ 560	≥ 605
Вміст пудри	≤ 120	55
AQL 1,5 (500 шт)	≤ 14	5

Упакування: запаковані попарно у стерильну індивідуальну упаковку.
Гуртова упаковка 50 пар.
Запаковано у транспортні короби по 400 пар.
Виготовлені з натурального латексу, біло-прозорого кольору.
Припудрені модифікованим кукурудзяним крохмалем.
Декларація №12-10/2016-IGAR від "10" березня 2026 року (редакція 15) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар» Биков В.Г.