Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА,03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua

Business address:
20, METALISTIV Str.,KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

01.09.2026

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед (Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited) 10 Сой 10, Петкасем Роуд, Хат Яй, Сонгкхла 90110 Таїланд
(10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR

Продукт:	**Розмір:**	**Дата виготовлення:**	**Серія:**		**Термін придатності:**
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR					
Специфікація рукавичок:	XS	202608	3965	0001-0180	2031.08
LOOOGF-B-WHT-EU-MC-NS	S	202608	3965	0001-1300	2031.08
Контракт №: IGR2026/004	M	202608	3965	0001-1340	2031.08
	L	202608	3965	0001-0400	2031.08

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	**Екстра-маленький**	**Маленький**	**Середній**	**Великий**	**Екстра-великий**	**Всього**
	180 000	1 300 000	1 340 000	400 000		3 220 000
А. План вибірки	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	315	500	500	315		1 630
Кількість бракованих рукавичок	3	4	10	0		17
Б. Дефекти (протікання, розриви)						
Кількість бракованих рукавичок (протікання, розриви)	0	0	0	0		0
Усього дефектів (А+Б)	3	4	10	0		17
Відповідність:	так	так	так	так		так
В. Незначні дефекти	Рівень перевірки G 1, AQL 4.0, Одноступеневий план контролю згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	315	315	315	315		1 260
Кількість бракованих рукавичок	0	5	4	2		11
Відповідність:	так	так	так	так		так
Г. Розміри в мм	згідно з EN455-2/ ASTM D 3578					
Ширина в мм: мінімальний виміряний розмір в партії +/- 10 (мм) (для розмірів S, M, L)	75 **≤80**	86 **80**	97 **95**	107 **110**		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм	240	241	240	241		
Товщина однієї стінки рукавичок						
- в області пальців, мм, мінімум 0.08 мм	0.12	0.11	0.11	0.12		
- в області долоні, мм, мінімум 0.08 мм	0.10	0.09	0.10	0.10		
Д1. Фізичні властивості	згідно з EN455-2 (середнє значення із 13 шт.)					
Сила на розрив в Н, до старіння - середнє значення 6.0 Н	7.4	6.7	6.6	7.2		
Сила на розрив в Н, після старіння - середнє значення 6.0 Н	6.6	6.7	6.5	6.4		
Д2. Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 (рівень перевірки S-2 AQL 4.0)					
Міцність при розтягуванні в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум	26	23	23	26		
Видовження в %, до старіння 650% мінімум	781	760	745	802		
Міцність при розтягуванні в МПа, після старіння – 14 МПа мінімум	22	24	23	22		
Видовження в %, після старіння 500% мінімум	802	815	847	856		
Е. Біосумісність	згідно з ASTM D 6124 без тальку (силікату магнію)					
Залишки пудри (специфікація: ≤ 2.0 мг/рукавичку максимум) згідно з EN 455-3	0.1	0.2	0.2	0.1		
Вміст білку (мкг/г) згідно з EN 455-3, середнє значення (специфікація: ≤ 50 мкг/г)	20	20	22	22		

Рукавички мають валик на манжеті.
Рукавички мають текстуровану поверхню на кінчиках пальців.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Асистент керівника відділу перевірки продукції)

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Асистент менеджера контролю якості)

Даний документ є перекладом Сертифікату – Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед. Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар» Биков В.Г.

