Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА,03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua

Business address:
20, METALISTIV Str.,KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

07.09.2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІГАР»
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед (Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited) 10 Сой 10, Петкасем Роуд, Хат Яй, Сонгкхла 90110 Таїланд
(10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR

Продукт:	**Розмір:**	**Дата виготовлення:**	**Серія:**		**Термін придатності:**
Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR	S	202608	3807	0001-0560	2031.08
Специфікація рукавичок:	M	202608	3807	0001-2200	2031.08
LXXOGF-G-WHT-OE-HC-NS	L	202608	3807	0001-1120	2031.08
Контракт №: IGR2026/005					

Розбив за розмірами	**Екстра маленький**	**Маленький**	**Середній**	**Великий**	**Екстра-великий**	**Всього**
		560 000	2 200 000	1 120 000		3 880 000
План вибірки згідно з ISO 2859-1	Рівень перевірки G 1, AQL 1.5, Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок		500	500	500		1 500
А) Показник виявлених бар'єрних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)		1	11	4		16
Б) Показник значних дефектів рівень перевірки: G 1, AQL 1.5 (% дефектів ≤4.8 %)		0	0	0		0
Відповідність:		так	так	так		так
В) Незначні дефекти рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)	Рівень перевірки: GI, AQL 4.0 Одноразова вибірка для нормального контролю					
Кількість перевірених рукавичок		315	315	315		945
Кількість рукавичок з дефектами		2	4	0		6
Відповідність:		так	так	так		так
Г) Розміри в мм	згідно з ASTM D 3578/ EN 455-2 n=13 шт./розмір					
Ширина в мм: мінімальний виміряний розмір в партії +/- 10 (для розмірів S, M, L) (мм)		84 **≤80**	95 **≤95**	109 **≤111**		

Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм		246	244	245		
Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08 мм - в області долоні, мм, мін. 0.08мм		0.11 0.09	0.11 0.09	0.11 0.09		
Ґ) Фізичні властивості	згідно з ASTM D3578 (Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0)					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18 МПа min		18	18	18		
Видовження в %, до старіння 650% min		670	655	656		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа min		19	17	16		
Видовження в %, після старіння 500% min		666	638	619		
Д) Біосумісність	згідно з ASTM D3578					
Вміст пудри (мг/дм^2),≤10		8	8	7		
Вміст білку (мкг/дм^2) , ≤200		43	46	43		

Рукавички мають валик на манжеті.
Мають текстуровану поверхню.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок лабораторії: **відповідають**

Затверджено /підпис/
(Асистент керівника лабораторії)

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Асистент продукт-менеджера)

Даний документ є перекладом Сертифікату – Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед. Декларація № 38-05/2021-IGAR від "06" лютого 2026 року (редакція 4) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар» Биков В.Г.