Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua

Business address:
20, METALISTIV Str.,KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Серпень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,
(Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.) № 1 Бейянь Роад, Хесі Вілладж, Зуку Таун 213144 Чанчжоу Сіті, провінція Цзянсу, Китайська Народна Республіка (№ 1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City, Jiangsu Province, People's Republic of China)
Продукція: **Пластир медичний РіверПласт торгової марки IGAR**
Тип: **Прозорий (на поліетиленовій основі)**
Розмір:

1 х 500 см	2 х 500 см	3 х 500 см	5 х 500 см

Партія №: 202602 Кількість: 24 660 штук
Виготовлено: 2026.06 Термін придатності: 2031.06

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

Серпень 2026

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Пластир медичний РіверПласт торгової марки IGAR**
Тип: **Прозорий (на поліетиленовій основі)**
Розмір:

1 х 500 см	2 х 500 см	3 х 500 см	5 х 500 см

Партія №: 202602 Кількість: 24 660 штук
Виготовлено: 2026.06 Термін придатності: 2031.06

Аспект перевірки		**Технічні вимоги**	**Результат перевірки**
Зовнішній вигляд		1. Стрічка повинна бути чистою, без залишків пасти, рівно згорнута.	Відповідає
Розмір		1. Відхилення по довжині має бути ± 1%. 2. Відхилення по ширині має бути в межах ± 1.0 мм.	Відповідає
Матеріал основи	Склад	Поліетилен	/
	Вага	Не менш ніж 50 г/м^2	70г/м^2
	Товщина	Не менш ніж 0.05 мм	0.075±0.01 мм
Клейка речовина	Тип	Термоплавкий клей	/
	Вміст клейкої речовини	Не менш ніж 25 г/м^2	30 г/м^2
Інтенсивність відриву		Не нижче ніж 1.0 Н/см	4.9 Н/см
Тривалість клейкості		Не більше ніж 2.5 мм	0 мм
Упакування		1. Упаковка повинна бути чистою та прозорою 2. Кількість в ящику та коробці повинна бути вірною.	Відповідає

	Внутрішня упаковка повинна відповідати зовнішній упаковці 3. Упаковка має бути ретельно запечатаною	

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних пластирів РіверПласт торгової марки IGAR. Система управляння якістю компанії Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд., для виробництва медичних пластирів торгової марки «IGAR» відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485.

Декларація №7-08/2016-IGAR від "19" травня 2025 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



Директор ТОВ «Ігар» Биков В.Г.